

## RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2)

a NAH-2-0363/2021 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:  
**LUMILAB Kalibráló Laboratórium KFT<sup>1</sup>**  
1029 Budapest, Géza fejedelem útja 57.
- 2) Akkreditálási szabvány:  
**MSZ EN ISO/IEC 17025:2018**
- 3) Akkreditálási kategória:  
**Kalibrálólaboratórium**
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:  
Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2021. október 21.  
Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2026. október 21.
- 5) Az akkreditált terület:

### I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ( $k=2$ ) <sup>1</sup>	A kalibrálási eljárás azonosítója
<b>Optika<sup>1</sup></b>				
1.	Megvilágításmérő	5 – 3500 lx	1,8 – 2,3 %	KE-1-2020
2.	Fénysűrűségmérő	50 – 1000 cd/m <sup>2</sup>	2,8 – 3,1 %	KE-2-2020

<sup>1</sup> A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2022. március 3-án kiadott határozatával elrendelt adminisztratív hiba kijavítása.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el ([www.nah.gov.hu/hu/kategoriak](http://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak)).

- VÉGE -

**Bodroghelyi Csaba**  
Nemzeti Akkreditáló Hatóság  
elnökhelyettes