RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2)

a NAH-2-0363/2026 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
   LUMILAB Kalibráló Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság
   1029 Budapest, Géza fejedelem útja 57.

2) Akkreditálási szabvány:

   MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

3) Akkreditálási kategória:

   Kalibrálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

   Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2026. október 22.**

   Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2031. október 22.**

5) Az akkreditált terület:

LUMILAB Kalibráló Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság
(1029 Budapest, Géza fejedelem útja 57.)
laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások

Szak-terület kódja *code of technical field*	**Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése** *type of instrument or material*	**Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány** *measurement range*	**Kalibrálási és mérési képesség** ***(k=2)*** *calibration and measurement capability (CMC)*	**A kalibrálási eljárás azonosítója** *calibration method or procedure*
OPT-1	Megvilágításmérő	5 – 3500 lx	1,8 – 2,3 %	KE-1-2026 [1]
OPT-1	Fénysűrűségmérő	50 – 1000 cd/m^2	2,8 – 3,1 %	KE-2-2026 [1]

[1] A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2026. október 8-án kiadott határozatával elrendelt adminisztratív hiba kijavítása.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

- VÉGE -

Rippel Endre
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes

NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG

Rippel Endre László
elnökhelyettes
elektronikusan aláírva

Budapest, 2026. október 8. 1/1 NAH-2-0363/2026